
标记	简述	日期	更改人



1:1图纸

FCC ID: 2BTHP-2-WF002-V01

放大4倍图纸

技术要求：
1.材料：50#抗静电PET不干胶，白色(不导电），格拉辛离型纸，表面哑光；
2.尺寸：未注公差±0.15mm；
图示外框线仅为图形边界示意，实物不需要印刷外边线；
3.印刷：按图示位置印刷指定内容，
①字体：思源黑体 Regular，字体4pt
②颜色：黑色；
4.外观质量：需过附着力和96%酒精擦拭测试；
印刷表面位置无偏移、漏印、错印及杂色等不良现象；
5.印刷耐久性测试要求符合：均按最新版标准执行，
《GB 9706.1-2020_医用电气设备_第1部分：
基本安全和基本性能的通用要求》；
6.质检：零件外观缺陷及其他检验项目请按
《BDOP_YF_014_结构通用物料检验规范》执行。

未注公差	国家标准号	采用	未注公差等级	名称	双频模块标贴		物料编码（图纸编号）		
机加工	GB/T 1804-2000		m						
钣金	GB/T 1804-2000		m		签名	日期	标识说明	备注	
注塑	GB/T 14486-2008		Mt5	设计			△ 更改尺寸	单位	mm 比例 1:1
压铸	GB/T 6414-2017		DCTG5	审核			⬭ 重点管控尺寸	RoHS	是 版次
拉铝	GB/T 14846-2014		高精级	审核				材质	
硅胶	GB/T 3672-2002		M2	审核			警告	张数	第 1 张 共 1 张
角度公差	GB/T 1804-2000		m	标准化			本图纸资料为本公司资产，未经允许，禁止以任何形式的拷贝或转载		纸张大小 A4
形位公差	GB/T 1184-1996		H	批准					
其它	见技术要求	✓		表面处理					