



Medtronic

97810 Communications Regulation Reference Sheet

Communications Regulations

The following is a list of communications regulations that apply to the Model 97810.

United States Compliance

FCC ID: LF597810

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT: Changes or modifications to this product not authorized by Medtronic, Inc., could void the FCC Certification and negate your authority to operate this product.

Canada Compliance

IC: CANADA310

This device complies with Industry Canada's RSS-310. Operation is subject to the condition that this device must not cause harmful interference and must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme au CNR-310 d'Industrie Canada. Son exploitation est autorisée à condition que l'appareil ne produise pas de brouillage préjudiciable et qu'il accepte tout brouillage, même celui susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This product operates at 175 kHz with an H-field strength of less than 30 dBµA/m at 10 m.

Ce produit fonctionne à 175 kHz avec une intensité de champ H inférieure à 30 dBµA/m à 10 m.

Argentina Compliance

CNC-ID: H-47348

This product conforms to Argentina Radio Requirements.

Este producto cumple los requisitos de Argentina relativos a la radioelectricidad.

Brazil Compliance

03753-18-05567

This equipment operates on a secondary basis and, consequently, must accept harmful interference, including from stations of the same kind, and may not cause harmful interference to systems operating on a primary basis.

Este equipamento opera em caráter secundário isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Japan Compliance

R-208-180402

This product conforms to Japan Radio Law Requirements.

本製品は日本の電波法要件に適合しています。

Korea Compliance

R-RMI-MKL-97810

This radio device has possibility of radio interference during operation.

해당무선설비기기는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음.

Singapore Compliance

Dealer License # DA103452

This product complies with IMDA Standards.

该产品符合 IMDA 标准。

Malaysia Compliance

HIDF15000146

This product conforms to Malaysia Radio Requirement.

Produk ini mematuhi Keperluan Radio Malaysia.

Australia and New Zealand Compliance

This product conforms to Australia and New Zealand Radio Requirements.

European Union Compliance

Conformité Européenne (European Conformity)

Hereby, Medtronic declares that this Radio Equipment Model number 97810 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.MedtronicCompliance.eu

This product operates at 175 kHz with an H-field strength of less than 30 dBµA/m at 10 m.

Bulgarian

С настоящото Medtronic декларира, че това радиоборудване модел номер 97810 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е на разположение на следния интернет адрес: www.MedtronicCompliance.eu

Този продукт работи при 175 kHz със сила на поле H под 30 dBµA/m на 10 m.

Czech

Společnost Medtronic tímto prohlašuje, že toto radiové zařízení, číslo modelu 97810, odpovídá požadavkům směrnice 2014/53/EU. Úplný text EU Prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.MedtronicCompliance.eu

Tento výrobek používá frekvenci 175kHz, přičemž intenzita pole H je

nižší než 30 dBµA/m ve vzdálenosti 10m.

Danish

Medtronic erklærer hermed, at dette radioudstyr modelnummer 97810 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst i EU-overensstemmelseserklæringen kan læses her: www.MedtronicCompliance.eu

Dette produkt fungerer ved 175 kHz med en H-feltstyrke på mindre end 30 dBµA/m ved 10 m.

German

Hiermit erklärt Medtronic, dass dieses Funkgerätmodell Nr. 97810 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung: www.MedtronicCompliance.eu

Dieses Produkt arbeitet mit 175 kHz und einer H-Feldstärke von weniger als 30 dBµA/m in einer Entfernung von 10 m.

Greek

Δια του παρόντος, η Medtronic δηλώνει ότι ο παρών ραδιοεξοπλισμός με αριθμό Μοντέλου 97810 βρίσκεται σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: www.MedtronicCompliance.eu

Το παρόν προϊόν λειτουργεί στα 175 kHz με ένταση μαγνητικού πεδίου «H» μικρότερη από 30 dBµA/m στα 10 m.

Spanish

Por la presente, Medtronic declara que este equipo de radio, modelo número 97810 cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad CE está disponible en la siguiente dirección de internet: www.MedtronicCompliance.eu

Este producto opera a 175 kHz con una intensidad de campo H de menos de 30 dBµA/m a 10 m.

Estonian

Käesolevaga kinnitab Medtronic, et see raadioseadmetik mudelinumbriga 97810 on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. Kogu EL-i vastavusdeklaratsioonid on saadaval järgmise internetiaadressil: www.MedtronicCompliance.eu

See toode töötab sagedusel 175 kHz H-välja tugevusega vähem kui 30 dBµA/m 10 m juures.

Finnish

Medtronic vakuuttaa täten, että tämä radiolaitte, mallinnumero 97810, vastaa direktiiviä 2014/53/EU. EU-vaatimustenmukaisuus-vakuutuksen koko teksti on saatavissa seuraavasta Internet-osoitteesta: www.MedtronicCompliance.eu

Tämä tuote toimii 175 kHz:n taajuudella, ja sen H-kentän

voimakkuus on alle 30 dBµA/m 10 m:n etäisyydellä.

French

Par la présente, Medtronic déclare que cet équipement radio Modèle 97810 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site Internet: www.MedtronicCompliance.eu

Ce produit fonctionne à 175 kHz avec une intensité de champ H inférieure à 30 dBµA/m à 10 m.

Croatian

Ovime tvrtka Medtronic izjavljuje da je ova radijska oprema model 97810 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjelokupan tekst europske izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj stranici: www.MedtronicCompliance.eu

Ovaj proizvod radi pri frekvenciji od 175 kHz sa snagom H polja manjom od 30 dBµA/m pri 10 m.

Hungarian

A Medtronic ezúton nyilatkozza, hogy ez az 97810 típuszámú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfélelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.MedtronicCompliance.eu

Ez a termék 175 kHz-en úgy működik, hogy mágneses térerőssége 10 m távolságból kevesebb, mint 30 dBµA/m.

Italian

Con il presente documento, Medtronic dichiara che la presente apparecchiatura radio modello 97810 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile su Internet al seguente indirizzo: www.MedtronicCompliance.eu

Questo prodotto funziona a 175 kHz con intensità di campo H inferiore a 30 dBµA/m a 10 m.

Lithuanian

Šiuo „Medtronic“ deklaruoja, kad šis radijo įrangos modelis, kurio numeris 97810, atitinka Direktyvą 2014/53/EB. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu: www.MedtronicCompliance.eu

Šis gaminyss veikia 175 kHz dažniu, kai H lauko stiprumas yra mažesnis nei 30 dBµA/m 10 m atstumu.

Latvian

Ar šio uzņēmums Medtronic apliecinā, ka šī radioiekārtā, modeļa numurs 97810, atbilst Direktīvas 2014/53/EK prasībām. Pilnu ES atbilstības deklarācijas tekstu var skatīt vietnē www.MedtronicCompliance.eu

Šis izstrādājums darbojas ar 175 kHz frekvenci, un 10 metru attālumā tā magnētiskā lauka stiprums ir mazāks par 30 dBµA/m.

Dutch

Hierbij verklaart Medtronic dat deze radioapparatuur modelnummer 97810 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de Europese conformiteitsverklaring is te vinden op de website: www.MedtronicCompliance.eu

Dit product werkt op 175 kHz met een H-veldsterkte van minder dan 30 dBµA/m bij 10 m.

Polish

Firma Medtronic deklaruje niniejszym, że to urządzenie radiowe, model numer 97810, spełnia wymogi określone w Dyrektywie 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.MedtronicCompliance.eu

Ten produkt działa na częstotliwości 175 kHz z natężeniem pola H mniejszym niż 30 dBµA/m w odległości 10 m.

Portuguese

Por este meio, a Medtronic declara que este modelo de equipamento de rádio, número 97810, está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: www.MedtronicCompliance.eu

Este produto opera a 175 kHz com uma força do campo H inferior a 30 dBµA/m a 10 m.

Romanian

Prin prezenta, Medtronic declară că acest echipament radio număr model 97810 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE poate fi găsit la următoarea adresă de internet: www.MedtronicCompliance.eu

Acest produs funcționează la 175 kHz cu o putere a câmpului H de mai puțin de 30 dBµA/m la 10 m.

Slovak

Spoločnosť Medtronic týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie, model 97810, je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode so smernicami EÚ je k dispozícii na stránke: www.MedtronicCompliance.eu

Toto zariadenie pracuje pri frekvencii 175 kHz s intenzitou poľa H nižšou ako 30 dBµA/m na vzdialenost 10 m.

Slovenian

Družba Medtronic izjavlja, da je ta radijska oprema, številka modela 97810, v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.MedtronicCompliance.eu

Ta izdelek deluje pri 175 kHz z jakostjo magnetnega polja H manj kot 30 dBµA/m pri 10 m.

Swedish

Härmed intygar Medtronic att denna radioutrustning med modellnummer

97810 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten med intyg om överensstämmelse för EU finns på följande internetadress: www.MedtronicCompliance.eu

Den här produkten fungerar på 175 kHz med en H-fältstyrka på mindre än 30 dBµA/m på 10 m.

Maltese

Hawnhekk, Medtronic tiddikjara li dan it-Tagħmir tar-Radju bin-numru tal-mudell 97810 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test shh tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE hu disponibbli f'dan l-indirizz fuq l-Internet: www.MedtronicCompliance.eu

Dan il-prodott jopera f'175 kHz b'qawwa H-feld ta' inqas minn 30 dBµA/m f'distanza ta' 10 m.

Fold

