



技术要求:

- 1、黏合不可露胶
- 2、保持印刷面板上的清洁
- 3、注意套印的准确性
- 4、表面处理不可爆开
- 5、结构工艺以结构受控图为准
- 6、颜色参考:

注明:

- 1) 材料必须符合指令94/62/EC和TPCH要求;
- 2) 贴纸要过酒精、异丙醇和摩擦测试

广东乐心医疗电子股份有限公司

2022-06-20

受控文件

产品型号	TMB-1976	材质	80#加粘有背印格底铜版不干胶	零件名称
产品名称	血压计	尺寸	40x14.6 mm	2BF001253A-TMB-1976-001-GB-01-背贴-A2
对应结构图纸	-	印色	单黑 + pantone 2154 c	
	比例	1:1	表面处理	哑胶
	单位	mm	设计	李秋燕 2022-06-20
Transtek			审核	李秋燕 2022-06-20
广东乐心医疗电子股份有限公司			批准	梁国威 2022-06-20
			零件图号	TMB-1976-GB-03
			共 1 张	第 1 张
			版 本	A/2