


公称尺寸	公差值	血压计产品
<6		±0.10
≥6<14		±0.10
≥14<24		±0.10
≥24<40		±0.15
≥40<65		±0.20
≥65<100		±0.20
≥100<200		±0.35



广东乐心医疗电子股份有限公司

2025-09-05

受控文件

- 技术要求:
- 1、材料要求:按以下附表;
 - 2、尺寸要求:①-②尺寸为重点检查尺寸,按公差表验收;
 - 3、外观要求:来料表面不能有刮痕、撕裂痕、褶皱;不可有明显杂质,贴于产品不影响外观;来料不可有残胶、脏污、水印;
 - 4、印刷要求:按以下附表;保持印刷面板上的清洁;注意套印的准确性;
 - 5、法规要求:必须符合RoHS、REACH的环保要求;
 - 6、通用要求:来料制品以<<贴纸类来料检验标准>>验收;
 - 7、可靠性要求:满足高低温存储测试要求,测试后无起翘、起泡等问题;

产品型号	GBZ41-B				
产品名称	血糖仪				
零件名称	背贴				
零件图号	/				
表面处理	/	标记	人 员	日 期	更 改 内 容
材料规格	50μm铜铝米纳材质覆可打印油墨	绘图	鲁婉蓉	2025-09-05	
印刷颜色	单黑	设计	龙桂珍	2025-09-05	
		审核	陈建媚	2025-09-05	
		批准	李忠健	2025-09-05	



比例 1:1
单位 mm

TRANSTEK

共 3 张 第 1 张
版 本 A/0




Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd.
广东乐心医疗电子股份有限公司

Document Name: 文件名称:	LABEL
Document No 文件编号:	LS-LABEL-GBZ41-B-02
Rev.: 版本号:	A/0
Page: 页码:	Total 2 pages

Prepared 编制		Reviewed 审核	Approved 批准		
Yulia Long		Yvonne Huang	Carlos Feng		
◆ Revision History 修订履历					
NO.	Date 日期	Update Description 变更描述	Prepared 编制	Reviewed 审核	Approved 批准
A/0	2025/8/27	Initial release	龙桂珍 Yulia Long	黄毓婷 Yvonne Huang	冯嘉贤 Carlos Feng

GBZ41-B
尺寸：42.9*24.9mm
材质：50#哑银米纳材质覆可打印哑膜

二维码及其变动信息：
(01) 06932825303742
(11) 241028
(21) GAXX000100001 — (21))GAXX000100500



二维码及SN编码规则： (01) xxxxxxxxxxxx (DI需要法规申请)
(11) xxxxxx (生产日期，举例250101)
(21) GAXX000100001
G A XX XXXX XXXXX

第1位产品识别码，G为血糖仪
第2位国家代码，国内N/国外A，国外不细分美国和欧洲
第3~4位阶段代码，EVT为EB
第5~8位PO流水号，即PO后四位
第9~13位流水号，00001~99999

举例：GAMB175300001，血糖仪/外销/PO#2BMB1753

粘贴位置

