




財團法人電信技術中心
TELECOM TECHNOLOGY CENTER

電信終端設備審定證明

- 一、申請者：BIOTRONIK SE & Co. KG
- 二、公司所在地：Woermannkehre 1, 12359 Berlin, Germany
- 三、製造廠商：BIOTRONIK SE & Co. KG/ Germany
- 四、設備名稱：CardioMessenger Smart
- 五、廠牌：BIOTRONIK
- 六、型號：CardioMessenger Smart 3G
- 七、審定類別：
 - (1) PLMN08 WCDMA2000 系統【最大發射輸出功率 22.76dBm、適用於工作頻率：Tx 1920 ~ 1980 MHz、Rx 2110 ~ 2170 MHz】
 - (2) PLMN01 GSM/DCS 系統【TAC：35687005、最大發射輸出功率 33.05dBm、適用於工作頻率：Tx 890.2 ~ 914.8 MHz、Rx 935.2 ~ 959.8 MHz；最大發射輸出功率 29.96dBm、適用於工作頻率：Tx 1710.2 ~ 1784.8 MHz、Rx 1805.2 ~ 1879.8MHz】
 - (3) LP0002 系統【Medical Implant Communications Service (MICS) 9(CH)：最大發射輸出功率 80.5dBuV/m @3m、適用於工作頻率：402 ~ 405MHz】。

八、審定日期：104 年 07 月 13 日

九、審驗合格標籤式樣：



說明：

1. 經審驗合格之電信終端設備，送審廠商應依審定證明中所核給之審驗合格標籤式樣，自製標籤標貼或印鑄於設備本體適當位置，始得販賣。
2. 審驗合格標籤之使用權專屬取得審定證明之人。取得審定證明者，得備妥電信終端設備審驗辦法第 15 條第 2 項相關文件後，以書面報請本會備查後，同意他人於同廠牌同型號之電信終端設備使用審驗合格標籤。
3. 取得審定證明之電信終端設備，有下列情形之一者，得撤銷或廢止審定證明：
 - (1) 經發現原審定設備確有變更其廠牌、型號、設計或性能，而未重新申請審驗者。
 - (2) 經確定原審定設備未依新修正技術規範公告所定實施期限及方式辦理審驗者。
 - (3) 經發現申請審驗時所檢附之資料為偽造或虛偽不實者。
 - (4) 經抽驗未能符合電信終端設備技術規範者。
 - (5) 因代理權、專利權爭議，經法院判決敗訴確定或違反其他規定致不得販賣經審驗合格之電信終端設備。
4. 輸入或販賣未經審驗合格之電信終端設備者，依電信法第 67 條規定處新臺幣 3 萬元以上 30 萬元以下罰鍰，並得沒入其設備。
5. 本審定證明，係依電信法第 44 條第 1 項規定，由國家通訊傳播委員會委託辦理。

備註：

1. 本認證證書僅確認審驗器材射頻部份符合國家通訊傳播委員會相關規定。醫療器材主管單位為行政院衛服部，審驗器材使用及販賣仍須符合行政院衛服部相關規定。
2. GSM/DCS/WCDMA 天線型式: PCB Antenna，GSM 增益: 2.3dBi，DCS 增益: 3.2dBi，WCDMA 增益: 2.6dBi。MICS 天線型式: PCB Antenna，增益: -5dBi。
3. 本設備所附 Adaptor 其廠牌: FRIWO Ceratebau GmbH，型號: FW7520/05。
4. 本器材搭配使用之無線電發射/接收器須依電信管制射頻器材審驗辦法辦理審驗，取得型式認證證書後可搭配銷售。