



Este equipamento trabalha em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra a interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Neste manual, a indicação **Cuidado** identifica condições e procedimentos que causam uma situação de perigo para o usuário. A indicação **Atenção** identifica condições e procedimentos que podem causar danos ao Multímetro ou ao equipamento que está sendo testado, ou a perda permanente de dados.

Os símbolos usados no Multímetro e neste manual são mostrados na Tabela 1.

⚠ ⚠ Cuidado

Para evitar risco de choque elétrico ou lesões, siga estas diretrizes:

- Use este Multímetro somente conforme especificado neste manual a fim de evitar o comprometimento de sua proteção.

- Não use o Multímetro se houver algum indício de dano. Antes de usar o Multímetro, examine a parte externa do instrumento. Veja se há alguma rachadura ou algum pedaço de plástico faltando. Examine cuidadosamente o isolamento ao redor dos terminais.
- Antes de usar o Multímetro, verifique se a tampa do compartimento das pilhas está fechada e travada.
- Troque as pilhas assim que o indicador de pilhas fracas () for exibido.