

Certificado de Conformidade

Processo nº **2889.TEL.2220.10.A.0/01**Data de Emissão: **4/11/2010**Data de Validade: **4/11/2012**

Produto:

Categoria / Família: **II / Transceptores**
Tipo: **Transceptor com Espalhamento espectral**
Marca: **Fluke Corporation**Modelo(s): **Fluke Clamp Meter 381**

Características Básicas:

Padrão	Características Técnicas- Seção IX Res 506/2008			
	Faixa de frequências (MHz)	Potência de pico máxima (W)	Designação das emissões	Tipo de modulação
802.15.4 ZigBee	2400-2483,5	0,0013	1M89GID	OQPSK (16 canais)

Obs.: Ensaio de SAR não aplicável: O equipamento potência medida emitida em um tempo médio de 6 (seis) minutos é igual ou menor que 20mW e o pico de potência emitida é menor que 20W. Evidenciado pela baixa potência de saída do transmissor (1,3 mW) e pela potência de entrada do circuito (pilhas tipo AAA)

Solicitante:

Fluke Corporation
6920 SEAWAY BLVD
EVERETT-WA
98203, U.S.A

Fabricante:

Fluke Corporation
6920 SEAWAY BLVD
EVERETT-WA
98203, U.S.A

Ensaiado por:

CertLab-EMC-1848-10-01-Rev0, de 25/10/2010;
CertLab-ZIG-1848-10-01-Rev0, de 25/10/2010.

Normas Técnicas:

Anexo Resolução nº 442;
Anexo Resolução nº 506.

Observação:

Desta forma, é emitido este Certificado de Conformidade de Produto, sendo que o solicitante deverá obter a homologação junto à Anatel, a fim de comercialização e uso, nos termos do Regulamento para Certificação e Homologação de Produtos para Telecomunicações, aprovado pela Resolução Anatel nº 242, de 30 de novembro de 2000.

O(s) produto(s) objeto deste certificado, está(ão) sujeito(s) à comprovação periódica de que mantém as características originalmente certificadas.

Data de Emissão: **São Paulo, 04 de Novembro de 2010.**

Regina Toscano
Superintendente Técnico

Claudio Francisco
Coordenador de Certificação