

低功率射頻電機型式認證證明

- 一、申請者：中文:美敦力醫療產品股份有限公司
英文:Medtronic Taiwan LTD.
(臺北市松山區敦化南路1段2號2樓)
- 二、製造廠商：Medtronic, Inc.
- 三、設備名稱：Intellis with AdaptativeStim
- 四、廠牌：Medtronic
- 五、型號：97715
- 六、發射功率：-30.05dBm
- 七、工作頻率：402MHz~405MHz
- 八、審定日期：106年03月08日
- 九、審驗合格標籤式樣：



說明：

1. 請依上列標籤式樣自製標籤，標貼或印鑄於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
2. 經型式認證合格之射頻電機，其型號、設計、射頻性能如有變更，應重新申請型式認證。
3. 違反電波輻射性電機管理辦法之規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電信法規定處罰外，驗證機關(構)並得廢止其型式認證證明或型式認證標籤。
4. 送審廠商應保留送審樣品供日後核對。
5. 本型式認證證明及其合格標籤使用權專屬取得本證明者。本證明持有人檢附同意書報請國家通訊傳播委員會備查後，得授權他人於同廠牌同型號之器材，使用其合格標籤。

備註：

1. 本器材符合低功率射頻電機技術規範(4.11)之規定。
2. 本公司係經國家通訊傳播委員會委託之驗證機構，核發本型式認證證明。
3. 本器材使用Integral Loop Antenna。
4. 本認證證書僅確認審驗器材射頻部份符合國家通訊傳播委員會相關規定。醫療器材主管單位為行政院衛生福利部，審驗器材使用及販賣仍須符合行政院衛生福利部相關規定。