

全國公證檢驗股份有限公司

低功率射頻電機型式認證證明

- 一、申請者：台灣聖猷達醫療用品有限公司
(台北市內湖區瑞光路407號5樓)
- 二、製造廠商：1. St. Jude Medical AB
2. St. Jude Medical CRMD
- 三、器材名稱：Current Accel DR
- 四、廠牌型號：St. Jude Medical / CD2215-36
- 五、發射功率（電場強度）：-22.0 dBm
- 六、工作頻率：403.65 MHz
- 七、審驗日期：99年2月11日
- 八、審驗合格標籤式樣：

CCAG10LP003AT2



說明：

- 1.請依上列標籤式樣自製標籤，標貼或印鑄於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
- 2.經型式認證合格之低功率射頻電機，其型號、設計、射頻性能如有變更，應重新申請型式認證。
- 3.違反低功率電波輻射性電機管理辦法之規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電信法規定處罰外，驗證機關(構)並得廢止其型式認證證明或型式認證標籤。
- 4.送審廠商應保留送審樣品供日後核對。
- 5.本型式認證證明及其合格標籤使用權專屬取得本證明者。本證明持有人檢附同意書報請國家通訊傳播委員會備查後，得授權他人於同廠牌同型號之器材，使用其合格標籤。

備註：

1. 本器材符合低功率射頻電機技術規範LP0002(4.11)之規定。
2. 本中心係經國家通訊傳播委員會委託，核發本型式認證證明。
3. 本型式認證證明僅證明該器材符合NCC相關法規，該器材使用仍須取得衛生主管機關同意，始得使用。