


電信管制射頻器材型式認證證明

- 一、申請者：CLARIUS MOBILE HEALTH CORP
- 二、地址：3605 Gilmore Way, Suite 350, Burnaby British Columbia V5G 4X5 Canada
- 三、製造廠商：CLARIUS MOBILE HEALTH CORP
- 四、器材名稱：Clarius Scanner (Bluetooth/WLAN)
- 五、廠牌：Clarius
- 六、型號：L7
- 七、發射功率(電場強度)：2402~2480 MHz：3.84 dBm、2412~2462 MHz：18.99 dBm
5180~5240 MHz：12.21 dBm、5745~5825 MHz：15.68 dBm
- 八、工作頻率：2402~2480 MHz (GFSK BLE-40CH)
2412~2462 MHz (DSSS-SISO、OFDM-SISO 11CH)
5180~5240 MHz (OFDM-SISO 4CH)、5745~5825 MHz (OFDM-SISO 5CH)
2412~2462 MHz (OFDM-SISO 20M Mode-11CH、40M Mode-7CH)
5180~5240 MHz (OFDM-SISO 20M Mode-4CH、40M Mode-2CH)
5745~5825 MHz (OFDM-SISO 20M Mode-5CH、40M Mode-2CH)
- 九、審驗日期：民國 107 年 6 月 8 日
- 十、審驗合格標籤式樣：
- 十一、警語或標示要求：



1. 應依審驗合格標籤或符合性聲明標籤式樣自製標籤黏貼或印鑄於電信管制射頻器材本體明顯處，並於包裝盒標示本會標章，始得公開陳列或販賣。
2. 電信管制射頻器材應依本會或相關技術規範規定於指定位置標示中文警語。
3. 經授權使用射頻模組(組件)之審驗合格標籤者，應於最終產品說明書及包裝盒提供充分與正確之資訊。
4. 於網際網路販賣取得審驗證明之電信管制射頻器材者，應於該網際網路網頁提供審驗合格標籤或符合性聲明標籤資訊。
5. 使用手冊應標示下列資訊：
 - (1)經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
 - (2)應避免影響附近雷達系統之操作。
 - (3)高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

十二、特殊記載事項：

1. 經取得審驗證明之電信管制射頻器材或射頻模組(組件)，如變更其廠牌、型號、技術規格或射頻性能時，除電信管制射頻器材審驗辦法另有規定外，應重新申請審驗。
2. 經取得審驗證明之電信管制射頻器材或射頻模組(組件)，於電信管制射頻器材相關技術規範修訂審驗相關章節時，應依下列規定辦理：
 - (1)修訂後之技術規範明定實施期限者，依實施期限，申請重新審驗。
 - (2)修訂後之技術規範未明定實施期限者，應於技術規範修訂後二年內，申請重新審驗。
3. 取得型式認證證明、符合性聲明證明及簡易符合性聲明證明者，應妥善保管申請審驗器材樣品、測試所需之特殊測試軟體及特殊治具至該器材停止生產或停止輸入後五年。
4. 取得型式認證證明或符合性聲明證明者授權他人於同廠牌同型號之電信管制射頻器材使用審驗合格標籤或符合性聲明標籤，應由取得審驗證明者於本會指定位置登錄。

說明：

- 1、本公司係經國家通訊傳播委員會委託之驗證機構（證書號碼：NCC-RCB-15、機構地址：新北市林口區頂福里53-11號、電話：(02) 2609-2133），核發本型式認證證明。
- 2、請依上列標籤式樣自製標籤，標貼或印鑄於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
- 3、本設備之製造、輸入、販售、使用等均需遵守相關電信法規之規定。

備註：

- 1、本器材符合低功率射頻電機技術規範(107/01/10)第3.10.1及4.7章節之規定。
- 2、本設備搭配之鋰電池須另依標準檢驗局規定取得電池CNS15364證書。
- 3、本器材使用之天線：
 - (1)FlexPIFA Antenna，廠牌/型號：LSR / 001-0021，天線增益：2.5 dBi (2.4GHz)。
 - (2)FlexPIFA Antenna，廠牌/型號：LSR / 001-0021，天線增益：3.0 dBi (5GHz)。