

程智科技股份有限公司

低功率射頻電機型式認證證明

(1)申請者：美樂迪股份有限公司

(台北市大安區忠孝東路四段191號2樓之1)

(2)製造廠商：GN Otometrics A/S

(3)器材名稱：醫療用藍芽調整盒

(4)廠牌型號：HIMSA / NAOHlink

(5)發射功率(電場強度)：1.41 dBm

(6)工作頻率：2402 MHz~2480 MHz(79CH / FHSS)

(7)發證日期：96 年 05 月 16 日

(8)審驗合格標籤式樣：



說明：

- 1、請依上列標籤式樣自製標籤，標貼或印鑄於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
- 2、經型式認證合格之低功率射頻電機，其型號、設計、射頻性能如有變更，應重新申請型式認證。
- 3、違反低功率電波輻射性電機管理辦法之規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電信法規定處罰外，驗證機關(構)並得廢止其型式認證證明或型式認證標籤。
- 4、送審廠商應保留送審樣品供日後核對。
- 5、本型式認證證明及其合格標籤使用權專屬取得本證明者。本證明持有人檢附同意書報請國家通訊傳播委員會備查後，得授權他人於同廠牌同型號之器材，使用其合格標籤。

備註：

- 1、本器材符合低功率射頻電機技術規範(第3.10.1節)之規定。
- 2、驗證機構係經國家通訊傳播委員會委託，核發本型式認證證明。
- 3、此裝置為使用Chip Antenna，天線型號ROK 101 007，其天線增益為1.2dBi。