




財團法人電信技術中心
TELECOM TECHNOLOGY CENTER

低功率射頻電機型式認證證明

- (1) 申請者 : Carestream Health, Inc.
(2) 製造廠商 : Carestream Health, Inc.
(3) 器材名稱 : Grid Alignment Radio
(4) 廠牌 : Carestream
(5) 型號 : DRXRG A
(6) 發射功率 : 86.97 dBuV/m (3m)
(7) 工作頻率 : 319 kHz
(8) 審定日期 : 101 年 10 月 12 日
(9) 審驗合格標籤式樣 : 



說明：

1. 請依上列標籤式樣自製標籤，標貼或印鑄於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
2. 經型式認證合格之射頻電機，其型號、設計、射頻性能如有變更，應重新申請型式認證。
3. 違反電波輻射性電機管理辦法之規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電信法規定處罰外，驗證機關(構)並得廢止其型式認證證明或型式認證標籤。
4. 送審廠商應保留送審樣品供日後核對。
5. 本型式認證證明及其合格標籤使用權專屬取得本證明者。本證明持有人檢附同意書報請國家通訊傳播委員會備查後，得授權他人於同廠牌同型號之器材，使用其合格標籤。

備註：

- 1 本器材符合低功率射頻電機技術規範LP0002 (2.8)之規定，本中心係經國家通訊傳播委員會委託之驗證機構，核發本型式認證證明。
- 2 本器材對應的接收機其產品名稱/廠牌/型號/審驗編號 為 Grid Alignment Receiver / Carestream / DRXRG AH / CCAJ12LP2590T0。
- 3 本器材使用固定式天線。
- 4 本器材安裝於平台 DRX-Revolution 移動式 X 光機上，本中心僅對射頻功能核發型式認證證明，其他功能應依相關主管機關規定辦理。使用手冊及設備上並須依 IEC60601-1-2 或相對應的 CNS 13803 標示 Class A 甲類設備的中文警語。