

認証に係る試験結果・測定器等

1. 一般事項

型式又は名称	YY3013				点検年月日	令和8年4月9日							
製造番号	1110197				温度 [℃]	24.0							
電波の型式、周波数及び空中線電力	F1D	2402-2480MHz 1MHz間隔	0.063 mW/MHz(79波)-	0.250 mW/MHz(20波)	温度 [%]	45.4							
	G1D	2402-2480MHz 1MHz間隔	0.031 mW/MHz(79波)-	0.120 mW/MHz(20波)	点検場所	Sony Global Manufacturing & Operations Corporation EMC/RF Test Laboratory, Main Lab.							
点検者	大穂 貴則 (一陸技 No.ABJF00028)				点検方法	平成16年総務省告示第88号 (特性試験の試験方法を定める件) 別表第43							
承認者	端山 幸治 (Technical Manager)				備考	SKZ-26-006							
					発行日	令和8年4月16日							

2. 測定器等

名称	型式	製造番号	製造者名	校正年月日	校正機関	備考
スペクトル分析器	MS2692A	6201338954	Anritsu	令和7年11月28日	Intertek Japan K.K.	電波法第24条の2 第4項 第2号イ

3. 測定結果

試験機器の状態	試験項目	単位	定格電圧 (DC 3.70 V)				上限電圧 (- - V)				下限電圧 (- - V)				備考
		MHz	2402	2441	2480	2441 *4	2402	2441	2480	2441 *4	2402	2441	2480	2441 *4	
BR (Type: DH1 *1)	周波数の偏差	MHz	2401.99494	2440.99461	2479.99438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	連続送信状態 (無変調)
		ppm	-2.11	-2.21	-2.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	占有周波数帯幅	MHz	-	78.139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	連続送信状態 (変調)
	拡散帯域幅	MHz	-	71.042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	スプリアス発射または 不要発射の強度	(30MHz以上～ 2387MHz未満)	MHz	2375.66	2376.62	2380.47	-	-	-	-	-	-	-	-	
			μ W/MHz	0.00509	0.00424	0.00456	-	-	-	-	-	-	-	-	
		(2387MHz以上～ 2400MHz未満)	MHz	2399.89	2387.77	2395.47	-	-	-	-	-	-	-	-	
			μ W/MHz	0.16615	0.00401	0.00432	-	-	-	-	-	-	-	-	
		(2483.5MHz超～ 2496.5MHz以下)	MHz	2484.93	2495.16	2484.34	-	-	-	-	-	-	-	-	
			μ W/MHz	0.00355	0.00320	0.01055	-	-	-	-	-	-	-	-	
		(2496.5MHz超～ 12.5GHz以下)	MHz	4804.31	4882.24	4960.16	-	-	-	-	-	-	-	-	
			μ W/MHz	0.00408	0.00673	0.00678	-	-	-	-	-	-	-	-	
	空中線電力の偏差	空中線電力：	mW/MHz	0.0466	0.0467	0.0442	0.1659	-	-	-	-	-	-	-	
		空中線電力の偏差：	%	-26.01	-25.84	-29.83	-33.62	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	副次的に発する電波等の限度 (1GHz未満)	MHz	41.83	828.98	41.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	連続受信状態
		nW	0.00825	0.00957	0.00912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		MHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		合算値：	nW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		(1GHz以上)	MHz	5252.70	5976.05	5215.90	-	-	-	-	-	-	-	-	
			nW	0.25580	0.24877	0.25206	-	-	-	-	-	-	-	-	
		MHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		合算値：	nW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	拡散率	-	-	71.042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	混信防止機能	良・否	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BR (Type: DH5 *2)	ホッピング周波数滞留時間 *3	良・否	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		sec	-	0.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

試験機器の状態	試験項目	単位	定格電圧 (DC 3.70 V)				上限電圧 (- - V)				下限電圧 (- - V)				備考
		MHz	2402	2441	2480	2441 *4	2402	2441	2480	2441 *4	2402	2441	2480	2441 *4	
EDR (Type: 3DH1 *1)	周波数の偏差	MHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	連続送信状態 (無変調)
		ppm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	占有周波数帯幅	MHz	-	78.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	連続送信状態 (変調)
	拡散帯域幅	MHz	-	71.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	スプリアス発射または 不要発射の強度	(30MHz以上～ 2387MHz未満)	MHz	2386.34	2385.11	2381.65	-	-	-	-	-	-	-	-	
			μ W/MHz	0.00442	0.00432	0.00397	-	-	-	-	-	-	-	-	
		(2387MHz以上～ 2400MHz未満)	MHz	2399.89	2397.48	2394.30	-	-	-	-	-	-	-	-	
			μ W/MHz	0.32203	0.00449	0.00438	-	-	-	-	-	-	-	-	
		(2483.5MHz超～ 2496.5MHz以下)	MHz	2495.48	2495.51	2484.34	-	-	-	-	-	-	-	-	
			μ W/MHz	0.00358	0.00320	0.00913	-	-	-	-	-	-	-	-	
		(2496.5MHz超～ 12.5GHz以下)	MHz	2505.82	4881.24	4959.17	-	-	-	-	-	-	-	-	
			μ W/MHz	0.00363	0.00469	0.00460	-	-	-	-	-	-	-	-	
	空中線電力の偏差	空中線電力：	mW/MHz	0.0250	0.0250	0.0238	0.0891	-	-	-	-	-	-	-	
		空中線電力の偏差：	%	-19.28	-19.46	-23.26	-25.73	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	副次的に発する電波等の限度	MHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	連続受信状態
		nW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	拡散率	-	-	71.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	混信防止機能	良・否	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EDR (Type: 3DH5 *2)	ホッピング周波数滞留時間 *3	良・否	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		sec	-	0.276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*1 事前評価において空中線電力が最大となる動作モード

*2 製品仕様上の最大Duty比となる動作モード

*3 ホッピング周波数滞留時間は各周波数における滞留時間が同じため、代表で2441MHzを測定

*4 20ホッピング

承認者：

Koji Hayama

Koji Hayama