

財團法人台灣電子檢驗中心

電信管制射頻器材型式認證證明

- 一、申請者：新醫科技股份有限公司
- 二、地址：臺北市大安區復興南路2段285號10樓
- 三、製造廠商：Vieworks Co., Ltd.
- 四、器材名稱：無線數位影像系統(Detector)
- 五、廠牌：Vieworks
- 六、型號：FXRD-1417NBW
- 七、發射功率(電場強度)：2.412~2.462GHz：25.01 dBm、5.745~5.825GHz：19.12 dBm
- 八、工作頻率：2.412~2.462GHz (DSSS、OFDM 11 CH)、5.745~5.825GHz (OFDM 5 CH)、
2.422~2.452GHz (OFDM-MIMO 40M Mode-7 CH)、
2.412~2.462GHz (OFDM-MIMO 20M Mode-11 CH)、
5.745~5.825GHz (OFDM-MIMO 20M Mode-5 CH、40M Mode-2 CH、80M Mode-1 CH)
- 九、審驗日期：108年11月27日
- 十、審驗合格標籤式樣：
- 十一、警語或標示要求：(器材本體、使用手冊、外包裝盒等應遵守下列標示要求)

- 1、應依審驗合格標籤或符合性聲明標籤式樣自製標籤黏貼或印鑄於電信管制射頻器材本體明顯處，並於包裝盒標示國家通訊傳播委員會標章，始得公開陳列或販賣。
- 2、電信管制射頻器材應依國家通訊傳播委員會或相關技術規範規定於指定位置標示中文警語。
- 3、經授權使用射頻模組(組件)之審驗合格標籤者，應於最終產品說明書及包裝盒提供充分與正確之資訊。
- 4、於網際網路販賣取得審驗證明之電信管制射頻器材者，應於該網際網路網頁提供審驗合格標籤或符合性聲明標籤資訊。
- 5、使用手冊應標示下列資訊：

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

十二、特殊記載事項：

- 1、經取得審驗證明之電信管制射頻器材，如變更其廠牌、型號、技術規格或射頻性能時，除電信管制射頻器材審驗辦法另有規定外，應重新申請審驗。
- 2、經取得審驗證明之電信管制射頻器材或射頻模組(組件)，於電信管制射頻器材相關技術規範修訂審驗相關章節時，應依下列規定辦理：
 - (1)修訂後之技術規範明定實施期限者，依實施期限，申請重新審驗。
 - (2)修訂後之技術規範未明定實施期限者，應於技術規範修訂後二年內，申請重新審驗。經取得審驗證明之電信管制射頻器材，於電信管制射頻器材相關技術規範修訂審驗相關章節時，修訂後之技術規範未明定實施期限者，應於技術規範修訂後二年內，申請重新審驗。未依規定重新審驗者，原驗證機關(構)得廢止其審驗證明。
- 3、取得型式認證證明、符合性聲明證明及簡易符合性聲明證明者，應妥善保管申請審驗器材樣品、測試所需之特殊測試軟體及特殊治具至該器材停止生產或停止輸入後五年。
- 4、取得型式認證證明或符合性聲明證明者授權他人於同廠牌同型號之電信管制射頻器材使用審驗合格標籤或符合性聲明標籤，應由取得審驗證明者於本會指定位置登錄。
- 5、已取得審驗證明之射頻模組(組件)組裝於最終產品後，取得審驗證明者，應於該最終產品輸入、販賣或公開陳列前，檢具標註最終產品廠牌、型號及外觀照片之電子檔，向原驗證機關(構)登錄；以射頻模組(組件)取得審驗證明者，授權他人使用其審驗合格標籤，該射頻模組(組件)組裝於最終產品後，取得審驗證明者應檢具標註最終產品廠牌、型號及外觀照片之電子檔，向原驗證機關(構)登錄。

說明：

- 1、本中心係經國家通訊傳播委員會委託之驗證機構(證書號碼：NCC-RCB-01、機構地址：桃園市龜山區文明路29巷8號、電話：(03)328-0026)，核發本型式認證證明。
- 2、請依上列標籤式樣自製標籤，標貼或印鑄於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
- 3、本設備之製造、輸入、販售、使用等均需遵守相關電信法規之規定。
- 4、本器材之審驗範圍僅限無線射頻硬體功能，不及於器材之資通安全檢測。

備註：

- 1、 本器材符合低功率射頻電機技術規範(107.01.10)第3.10.1及4.7章節之規定。
- 2、 本器材使用之天線：廠牌/型號/增益：(1) Vieworks / VWi-2450/5500DP-C1.32[A/B/C] / 0 dBi (2.4GHz); -2 dBi (5GHz)。
- 3、 本器材使用之充電器其廠牌/型號為：Vieworks Co., Ltd.(製造商) / FXRC-02A。
- 4、 本器材使用之電源供應器其廠牌/型號為：BridgePower Corp.(製造商) / BPM060S24F10。
- 5、 本器材使用之Tether Interface其廠牌/型號為：Vieworks Co., Ltd.(製造商) / 20 006 4012(1831-3012-01A)。
- 6、 本器材使用之Direct LAN Cable其廠牌/型號為：Vieworks Co., Ltd.(製造商) / 20 006 3006(1192-6202-01AE)。
- 7、 本器材使用之電池其廠牌/型號為：Vieworks Co., Ltd.(製造商) / FXRB-03A。
- 8、 本產品電磁波曝露量(MPE)標準值1 mW/cm²，送測產品實測值為0.0630 mW/cm²，建議使用時至少距離人體20cm。

COPY