




財團法人電信技術中心
TELECOM TECHNOLOGY CENTER

低功率射頻電機型式認證證明

- (1) 申請者 : Alcon Research Ltd.
(2) 製造廠商 : Alcon Research Ltd.
(3) 器材名稱 : Ophthalmic Surgical Instrument
(4) 廠牌 : Centurion Vision System
(5) 型號 : 215-0000-501
(6) 發射功率 : 詳見附件
(7) 工作頻率 : 詳見附件
(8) 審定日期 : 103 年 09 月 10 日
(9) 審驗合格標籤式樣 : 



說明：

1. 請依上列標籤式樣自製標籤，標貼或印鑄於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
2. 經型式認證合格之電信管制射頻器材，如變更其廠牌、型號、設計或射頻性能時，應重新申請審驗。
3. 違反電波輻射性電機管理辦法之規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電信法規定處罰外，驗證機關(構)並得廢止其型式認證證明或型式認證標籤。
4. 送審廠商應保留送審樣品供日後核對。
5. 本型式認證證明及其合格標籤使用權專屬取得本證明者。本證明持有人檢附同意書報請國家通訊傳播委員會備查後，得授權他人於同廠牌同型號之器材，使用其合格標籤。

備註：

- 1 本器材符合低功率射頻電機技術規範 LP0002 (3.10.1)之規定。
- 2 本中心僅對無線射頻特性(技術規格)辦理型式認證，其他仍須依本國相關法規辦理。
- 3 天線型態：embedded antenna，增益：3.5dBi。廠牌：Ethertronics，型號：1000418。
- 4 本中心係經國家通訊傳播委員會委託之驗證機構，核發本型式認證證明。
內含限制型模組器材名稱：ZE/XE61-2.4 RF Module，廠牌：Telit，型號：XE6124W204T017。
- 5



財團法人電信技術中心
TELECOM TECHNOLOGY CENTER

附件：

● 發射功率

【2.4G】

802.11b : 12.70dBm (Peak)

802.11g : 10.90dBm (Peak)

802.11n HT20 : 9.73dBm (Peak)

【5G】

802.11a : 14.10dBm (Peak)

802.11n HT20 : 14.55dBm (Peak)

802.11n HT40 : 14.03dBm (Peak)

【WPC】

5.6dBuV/m (Peak)

【限制型模組器材：ZigBee】

19.01dBm (Peak)

● 工作頻率

802.11b/g/n HT20 : 2412MHz ~ 2462MHz

802.11a/n HT20 : 5745MHz ~ 5825MHz

802.11n HT40 : 5755MHz ~ 5795MHz

WPC : 115KHz ~ 205KHz

限制型模組器材：ZigBee : 2402MHz ~ 2480MHz

